

# NANO M.ON

## CERTIFIKÁT FILTRAČNÍ ÚČINNOSTI

výrobce / distributor:

**Nano Medical s.r.o.  
FERMATA, a.s.**

výrobek:

**Prémiová nanovláknenná  
zdravotnická maska C€**

typ:

**NANO M.ON**

NANOVLÁKENNÁ MASKA NANO M.ON JE CERTIFIKOVANÁ  
NA **FILTRAČNÍ ÚČINNOST VĚTŠÍ NEŽ 94%** DLE  
PŘÍSLUŠNÝCH NOREM.

**Potvrzujeme, že je obdobným prostředkem ochrany dýchacích cest  
dle Mimořádného opatření Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví.**



A Sotera Health company

### Latex Particle Challenge Final Report

Test Article: AntiMicrobe Web R  
Study Number: 1272275-501  
Study Received Date: 28 Feb 2020  
Testing Facility: Nelson Laboratories, LLC  
6280 S. Redwood Rd.  
Salt Lake City, UT 84123 U.S.A.  
Test Procedure(s): Standard Test Protocol (STP) Number: STP0005 Rev 07  
Deviation(s): None

Test Side: Either Side  
Area Tested: 61.5 cm<sup>2</sup>  
Particle Size: 0.1 µm  
Laboratory Conditions: 21°C, 24% relative humidity (RH) at 0854, 21°C, 23% RH at 1200  
Average Filtration Efficiency: 93.79%  
Standard Deviation: 0.042

*Curtis Gerow*  
Study Director

Curtis Gerow, B.S.



*16 Mar 2020*  
Study Completion Date



1272275-501

801-290-7500 | nelsonlabs.com | sales@nelsonlabs.com

ND

FRT0005-0001 Rev 6

Sponsor:

Marcela Munzarova  
Nano Medical s. r. o.  
5. květen 194005  
Praha, 14000  
CZECH REPUBLIC

**Jiří Fantik DiS.**

člen představenstva FERMATA, a.s.

v Čelakovicích dne 28. 2. 2021

